



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Серія А

№ 003100



СЕРТИФІКАТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ
типу засобів вимірювальної техніки

№ UA-MI/1-1597-2004

Виданий 28 грудня 2004 р.

Цей сертифікат, виданий фірмі WIKА Alexander Wiegand GmbH & Co. KG, Німеччина, засвідчує, що на підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики затверджено тип засобів вимірювальної техніки "Перетворювачі тиску вимірювальні S..., С..., М..., F...", який зареєстровано в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, за номером У1959-04.

Контроль метрологічних характеристик перетворювачів тиску вимірювальних S..., С..., М..., F... під час випуску з виробництва здійснює метрологічна служба фірми-виробника, акредитована національною метрологічною службою Німеччини.

Рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

Заступник голови



С.Т. Черепков